



Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-
виробничий центр стандартизації, метрології,
сертифікації та захисту прав споживачів»
(ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

State Enterprise

"All-Ukrainian State Research and Production Center for
Standardization, Metrology, Certification and Consumers'
Rights Protection"

(SE "UKRMETRTTESTSTANDART")



4K004
ДСТУ ISO/IEC 17025

СВІДОЦТВО ПРО КАЛІБРУВАННЯ

Calibration Certificate

Реєстраційний №:

UA/24/190802/0320

Дата калібрування:

02.08.2019

Reference number:

Date of calibration:

Об'єкт калібрування:

Установка проливна з пристроєм фотофіксації

Object:

Виробник:

ТОВ "НВП "Центр енергообліку", м. Київ, Залізничне шосе, 2А

Manufacturer:

Тип:

АС-П

Type:

Заводський/серійний номер:

127-20:17:11:20:55:42

Serial number:

Назва та адреса замовника:

ТОВ "НВП "Центр енергообліку", м. Київ, Залізничне шосе, 2А

The name and address of the customer:

Місце калібрування:

ТОВ "НВП "Центр енергообліку", м. Київ, Залізничне шосе, 2А

Place of calibration:

Кількість сторінок свідоцтва:

3

Number of pages of the certificate:

Директор інституту

Director of institute

№2

підпис/signature

А.Б. Глебів

ініціали, прізвище/name



Начальник відділу

Head of department

№24

підпис/signature

С.В. Чередниченко

ініціали, прізвище/name

Всі вимірювання мають простежуваність до одиниць Міжнародної системи SI, які відтворюються національними еталонами НМІ.

Орган акредитації (НААУ) є повноправним членом Міжнародної асоціації з акредитації лабораторій (www.ilac.org) і підписантом угоди ILAC MRA. Свідоцтва про калібрування, видані акредитованими об'єктами, що підписали Домовленість про взаємне визнання ILAC (MRA) визнають всі сторони, які підписали ILAC MRA.

НААУ є підписантом багатосторонньої угоди з Європейською кооперацією з акредитації (EA).

Користувач зобов'язаний повторно калібрувати об'єкт через певні проміжки часу.

Дане свідоцтво про калібрування може бути відтворене тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту свідоцтва можливе лише з письмової згоди Калібрувальної служби, що видала свідоцтво. Свідоцтво про калібрування без підписів і печатки не дійсне.

All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI.

The accreditation body (NAAU) is full member of the International Laboratory Accreditation Cooperation (www.ilac.org). Calibration certificates issued by facilities accredited by a signatory to the ILAC Mutual Recognition Arrangement (MRA) are accepted by all signatories to the ILAC MRA.

The NAAU is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA).

The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing Calibrating services. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Адреса ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна

Address SE "UKRMETRTTESTSTANDART": 4 Metrologichna str, 03143, Kyiv, Ukraine

Телефон/Phone: +38 (044) 526-52-29, факс/fax: +38 (044) 526-42-60, електронна адреса/e-mail: ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua, сайт/website: www.ukrcsm.kiev.ua

B05-3.5HP-1-UR-4