



Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-
виробничий центр стандартизації, метрології,
сертифікації та захисту прав споживачів»
(ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)



4K004
DСТУ ISO/IEC 17025

State Enterprise
"All-Ukrainian State Research and Production Center for
Standardization, Metrology, Certification and Consumers'
Rights Protection"
(SE "UKRMETRTESTSTANDART")

СВІДОЦТВО ПРО КАЛІБРУВАННЯ

Calibration Certificate

Реєстраційний №:

Reference number:

UA/24/190423/0127

Дата калібрування:

Date of calibration:

23.04.2019

Об'єкт калібрування:

Object:

Установка проливна з пристроєм фотофіксації

Виробник:

Manufacturer:

ТОВ "НВП "Центр енергообліку", м. Київ, Залізничне шосе, 2А

Тип:

Type:

АС-П

Заводський/серійний номер:

Serial number:

195-98:D3:61:FD:5D:78

Назва та адреса замовника:

The name and address of the customer:

ТОВ "НВП "Центр енергообліку", м. Київ, Залізничне шосе, 2А

Місце калібрування:

Place of calibration:

ТОВ "НВП "Центр енергообліку", м. Київ, Залізничне шосе, 2А

Кількість сторінок свідоцтва:

Number of pages of the certificate:

3

Директор інституту
Director of institute

№2

підпис/signature

А.Б. Глєбов
ініціали, прізвище/name

Начальник відділу
Head of department

№24

підпис/signature

С.В. Чередниченко
ініціали, прізвище/name



Б05-3.5ПР-I-UR-4

Всі вимірювання мають простежуваність до одиниць Міжнародної системи SI, які відтворюються національними еталонами НМІ.

Орган акредитації (НААУ) є повноправним членом Міжнародної асоціації з акредитації лабораторій (www.ilac.org) і підписантом угоди ILAC MRA. Свідоцтва про калібрування, видані акредитованими об'єктами, що підписали Домовленість про взаємне визнання ILAC (MRA) визнають всі сторони, які підписали ILAC MRA.

НААУ є підписантом багатосторонньої угоди з Європейською кооперацією з акредитації (EA).

Користувач зобов'язаний повторно калібрувати об'єкт через певні проміжки часу.

Дане свідоцтво про калібрування може бути відтворене тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту свідоцтва можливе лише з письмової згоди Калібрувальної служби, що видала свідоцтво. Свідоцтво про калібрування без підписів і печатки не дійсне.

All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI.

The accreditation body (NAAU) is full member of the International Laboratory Accreditation Cooperation (www.ilac.org). Calibration certificates issued by facilities accredited by a signatory to the ILAC Mutual Recognition Arrangement (MRA) are accepted by all signatories to the ILAC MRA.

The NAAU is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA).

The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing Calibrating services. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Адреса ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна

Address SE "UKRMETRTESTSTANDART": 4 Metrologichna str, 03143, Kyiv, Ukraine

Телефон/Phone: +38 (044) 526-52-29, факс/fax: +38 (044) 526-42-60, електронна адреса/e-mail: ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua, сайт/website: www.ukrcsm.kiev.ua